ROMÂNĂ - Ghid de depanare pentru filtrele de apă Pall-Aquasafe™

Adaptorul pentru conectare rapidă nu se potriveşte cu mufa pentru apă
Dacă dimensiunea filetului de pe ieşirea pentru apă diferă de cea a adaptorului, este posibil să aveţi nevie de un alt adaptor (consultaţi ghidul sau contactați reprezentantul local al Pall, distribuitorul sau comerciantul). Dacă mufa pentru apă nu este filetată sau nu are un filet standard, este posibil să fie necesar să schimbaţi echipamentul folosit pentru ieşirea apei. Dacă acesta este cazul, consultaţi un instalator sau departamentul administrativ local, după caz.

Filtrul pentru apă nu se potriveşte la adaptorul pentru conectare rapidă
Filtrele pentru apă Pall-Aquasafe sunt proiectate să se potrivească cu adaptoarele de conectare rapidă adecvate, pentru dușuri sau robinete. Împingeți intrarea filtrului pentru apă în adaptor până când se cuplează complet, scoţând un clic sonor.

Adaptorul are scurgeri la îmbinarea cu mufa pentru apă
Asiguraţi-vă că garnitura furnizată cu adaptorul nu este deteriorată şi că a fost introdusă înainte de ataşarea adaptorului şi strângerea îmbinării. Dacă este necesar, folosiţi bandă de etanşare a filetelor, cunoscută şi ca bandă PTFE sau bandă de instalații pentru a asigura o îmbinare etanşă.

Adaptorul are scurgeri la îmbinarea cu filtrul pentru apă
Asiguraţi-vă că garnitura inelară este prezentă şi se află în poziţia sa, pe intrarea filtrului pentru apă. Asiguraţi-vă că filtrul pentru apă este împins până la capăt în adaptor şi este cuplat.

Filtrul pentru apă nu se deconectează de la adaptor
Apăsaţi ferm pe butonul de deblocare de pe adaptor şi, în acelaşi timp, prindeţi filtrul şi decuplaţi cu o mişcare de răsucire şi tragere.

Debitul de apă prin filtru este redus.
Filtrul a fost deconectat de la adaptor, în orice moment? Dacă da este posibil să fi intrat aer în carcasa filtrului şi să fi cauzat bule de aer, ceea ce poate să reducă semnificativ debitul de apă prin dispozitiv. Dacă acesta este cazul, filtrul de apă trebuie să fie înlocuit cu unul nou.
În cazul în care filtrul pentru apă a fost deconectat, este posibil ca reducerea debitului de apă să fie rezultatul unei contaminări ridicate a apei furnizate cu particule, rugină sau microorganisme. Această contaminare cu particule este posibil să fie intermitentă şi/sau legată de lucrări de întreţinere sau construcţie, asociate sistemului de alimentare cu apă. Filtrul trebuie să fie înlocuit cu unul nou atunci când debitul devine inacceptabil. Dacă este cazul, contactaţi reprezentantul local al Pall, distribuitorul sau comerciantul pentru a vi se sugera opțiuni de pre-filtrare.

Filtrul pentru apă a fost înlocuit cu unul nou, dar debitul de apă este încă redus.
Asiguraţi-vă de cuplarea completă a filtrului la adaptorul de conectare rapidă, pentru a obține un debit optim. Debitele prin filtrul de apă depind de presiunea apei. Dacă presiunea apei este mai mică de 1 bar, este posibil ca presiunea să nu fie suficientă pentru a obţine un debit corespunzător prin dispozitiv. Contactaţi un instalator sau departamentul administrativ local pentru a vă spune dacă presiunea apei poate să fie mărită.

În amonte, sunt necesare mostre de apă nefiltrată pentru testarea calităţii apei
Dacă este necesară o mostră de apă pentru testare între schimbările capsulelor filtrante, scoateţi filtrul existent şi eliminați-l conform procedurilor locale. Pentru a obţine debitul de apă la mufa de ieşire a apei, trebuie instalat un conector fără valvă. Colectaţi mostrele de apă conform ghidurilor locale. Instalaţi imediat un filtru nou.

Filtrul pentru apă a fost scăpat pe jos în mod accidental şi carcasa s-a crăpat. Îl mai pot utiliza?
Nu, va trebui să înlocuiţi filtrul pentru apă cu unul nou. În cazul în care carcasa a fost deteriorată în urma acestui impact mecanic, performanţa produsului va fi afectată.

Dacă am o problemă, pe cine ar trebui să contactez?
Dacă aveţi o problemă cu filtrele de apă Pall-Aquasafe sau adaptoarele de conectare rapidă ale acestora, pe care nu o puteţi rezolva cu ajutorul recomandărilor din acest ghid de depanare, contactaţi reprezentantul local al Pall, distribuitorul sau comerciantul pentru a discuta şi, dacă este cazul, a returna produsele pentru o analiză suplimentară. Produsele de returnat trebuie să fie introduse într-o pungă autoadezivă şi returnate respectând instrucţiunile oferite de reprezentantul local al Pall, distribuitor sau comerciant.

Unde pot găsi informaţii suplimentare privind gama de filtre pentru apă Pall-Aquasafe şi adaptoarele de conectare rapidă pentru acestea?
Puteţi găsi informaţii suplimentare la adresa **www.pall.com/medical** sau puteţi contacta reprezentantul local al Pall, distribuitorul sau comerciantul.